

## Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/02/2024/3510/F/18

Zleceniodawca: OSTROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; 18-300 Zambrów, ul. Sitarska 16

Zlecenie Nr: Ł/0/02/2024/3510

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

NA - metodyka nieakredytowana

MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB

GMP+ - metodyka objęta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

| <b>Przedmiot badania:</b>          |                 | Żywność   |      |                                    |           |  |       |   |
|------------------------------------|-----------------|---|------|------------------------------------|-----------|--|-------|---|
| <b>Adres (pobrania/odebrania):</b> |                 | 18-300 Zambrów, ul. Sitarska 16                 |      |                                    |           |  |       |   |
| <b>Nazwa produktu:</b>             |                 | OstroVit DEXTROSE (smak STRAWBERRY)             |      |                                    |           | Data*: 22 lutego 2024                      |       |   |
| <b>Producent:</b>                  |                 | Produkcja własna                                |      |                                    |           |  |       |   |
| <b>Data produkcji:</b>             |                 | Brak danych                                     |      |                                    |           |  |       |   |
| <b>Numer partii:</b>               |                 | 15DEX014 st;<br>Data min. trwałości: 13.12.2026 |      |                                    |           |  |       |   |
| Pobranie próbek wg:                |                 |   |      |                                    |           | Odbierający: Pracownik GBA POLSKA nr: 2684 |       |   |
| Transport próbek: Przesyłka        |                 |   |      |                                    |           |  |       |   |
| Numer próbki: 35095/02/24          |                 | Ocena próbki: bez zastrzeżeń                    |      | Data rozpoczęcia badań: 22-02-2024 |           | Data zakończenia badań: 29-02-2024         |       |   |
| Lab.                               | Badany parametr | j.m.  | Akr. | Metodyka badania wg                | Wymagania | Wynik                                      | Np.** | N |
| Ł                                  | Kadm            | mg/kg   | AE   | PN-EN 15763:2010                   |           | < 0,002                                    |       |   |
| Ł                                  | Ołów            | mg/kg   | AE   | PN-EN 15763:2010                   |           | < 0,010                                    |       |   |
| Ł                                  | Rtęć            | mg/kg   | AE   | PN-EN 15763:2010                   |           | 0,002                                      |       |   |

Data\* - w zależności od sposobu pozyskania przez GBA Polska próbki jest datą: poboru (gdy próbka pobierana jest wyłącznie przez pracownika GBA Polska) lub odbioru (gdy próbka odbierana jest od klienta przez pracownika GBA Polska, dostarczana jest przez firmę kurierską bądź dostarczana osobiście przez klienta).

Np.\*\* - niepewność rozszerzona pomiaru przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzględnia niepewności pobierania próbek, za wyjątkiem przypadków gdy zostało to zaznaczone w uwagach.

Niepewność podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wymaganiami / specyfikacjami oraz na życzenie Klienta.

Rezultaty badań niższe lub wyższe niż zakresy pomiarowe metod są przedstawiane jako odpowiednio „< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub „> wartość górnej granicy zakresu pomiarowego”. Wartości te stanowią informację o rezultatach badań. Jeśli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badań podane są niepewności rozszerzone, dotyczą one wartości dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku uzyskania rezultatów z badań, stwierdzenie zgodności dla rezultatów spełniających wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 będzie realizowane w ramach opinii i interpretacji.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek (pobranymi lub odebranymi – zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu).

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje wyróżnione podkreśleniem zostały przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania i reprezentatywność próbek przekazanych przez Klienta do badań.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.


W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.

Laboratorium nie przechowuje próbek po badaniach, chyba że z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badań ("Lab."): Ł - Łąjski, L - Lublin, M - Mysłowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badań są wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem \*.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym wszystkie wydruki, o ile nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem, są kopiami.

Uwagi:

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Sporządzono dnia:</b><br>01-03-2024 | <b>Autoryzował wynik:</b><br>Pracownik GBA POLSKA nr: 2642 | <b>Autoryzował raport:</b><br>Specjalista ds.Żywności<br>Pracownik GBA POLSKA<br>nr: 2778 | <b>Podpisano kwalifikowanym podpisem<br/>elektronicznym</b><br> |
|--|--|---|--|